



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L1187

# 大连计量检验检测研究院有限公司

Dalian Institute of Measurement and Testing

## 校准证书

### Calibration Certificate

证书编号: S190059263 号  
Certificate No.

委托单位: 大连云动力科技有限公司  
Customer

地址: 大连市甘井子区虹港路 23 号 6 楼  
Address

器具名称: 温湿度表  
Name Of Instrument

制造者: /  
Manufacturer

型号 / 规格: GS1  
Model/Type

出厂编号: OR61S0F5GS1  
Serial No.

接收日期: 2019 年 09 月 23 日  
Receipt Date

接收状态: 良好  
Description

批准人  
Approved by

李颖

核验员  
Checked by

李颖

校准员  
Calibrated by

张弘

校准日期 2019 年 09 月 23 日  
Calibration Date Year Month Day

地址: 大连市甘井子区西南路 1 号绿洲园 67 号

电话 (Tel): 0411-86713872

Address: No.67, Lvzhouyuan, No.1, Xi'nan Road, Ganjingzi District, Dalian.

传真 (Fax): 0411-86713880

电子邮箱 (E-mail): dljlskf@163.com

邮编 (Post Code): 116033

1. 本实验室经中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 实验室认可, 证书号: No. CNAS L1187  
CNAS Certificate Of Laboratory Accreditation :No. CNAS L1187
2. 本次校准使用的计量标准均可溯源至中国国家计量基准。  
Standards Of Measurement Used In The Calibration Can Be Traceable To China National Standards Of Measurement.
3. 本次校准所使用的主要计量标准器具:

Major Standards Of Measurement Used In The Calibration:

设备名称	型号/规格	不确定度/准确度等级/最大允许误差	证书编号	有效期至
Name of equipment	Model/Type	$U$ /AC/MPE	Certificate No.	Valid date to
精密露点仪	DewStarS-1	标准	HXsp2019-1536	2020-06-18

4. 本次校准的技术依据:

Reference Documents For The Calibration:

JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程  
JJF1076-2001 湿度传感器校准规范

5. 校准地点、环境条件:

Place And Environmental Conditions Of The Calibration:

校准地点	温度(°C)	相对湿度(%)	其他
Place	Temperature	Relative humidity	Others
本院 205	20	60	/

6. 说明 (Explain):

被校准仪器在使用过程中, 如遇有修理或对其技术指标产生怀疑时, 建议重新校准。

The instrument should be calibrated renewedly, if the instrument is repaired in using or you have doubt on the technique indicators.

根据客户要求和校准文件的规定, 通常情况下 12 个月校准一次。

According to customer demand and verify file, the instrument should be calibrated per 12 months normally.

注 (Note):

1. 本实验室仅对加盖“大连计量检验检测研究院有限公司校准专用章”的完整证书负责。

The laboratory will only be responsible for the intact certificate with the “Dalian Institute of Measurement and Testing Calibration Precincts Stamp”.

2. 本校准结果仅对本次所校准的器具有效。

The report only to be responsible for the instrument calibrated.



## 校准结果

### Results of Calibration

在 20°C 时湿度:

标称值 %RH	实测值 %RH	扩展不确定度 $U$ %RH(K=2)
40	40	1
60	60	2
80	81	2

温度:

标称值/°C	实测值/°C	扩展不确定度 $U$ /°C (K=2)
20.0	20.1	0.4

以下空白

注 (Note):

1. 本实验室仅对加盖“大连计量检验检测研究院有限公司校准专用章”的完整证书负责。

The laboratory will only be responsible for the intact certificate with the “Dalian Institute of Measurement and Testing Calibration Precincts Stamp”.

2. 本校准结果仅对本次所校准的器具有效。

The report only to be responsible for the instrument calibrated.