



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L1187

# 大连计量检验检测研究院有限公司

Dalian Institute of Measurement and Testing

## 校准证书

Calibration Certificate

证书编号：第 21000105674 号

Report No.

委托单位：大连云动力科技有限公司

Customer

地址：大连市甘井子区虹港路23号6楼

Address

器具名称：温湿度记录仪

Name of instrument

制造者：大连云动力科技有限公司

Manufacture

型号/规格：WS1Pro-C

Model/Type

出厂编号：H276742TWS1P

Serial No.

接收状态：完好

Description

批准人：李颖

Approved by

核验员：李颖

Checked by

校准员：张弘

Calibrated by

接收日期 2021 年 09 月 16 日

Receipt Date Year Month Day

校准日期 2021 年 09 月 26 日

Date of Calibration Year Month Day

发布日期 2021 年 09 月 27 日

Date of Issue Year Month Day



地址：大连市甘井子区西南路1号绿洲园67号

Address: No.67, Lvzhouyuan, No.1, Xi'nan Road, Ganjingzi District, Dalian.

电子邮箱：(E-mail) dljlskf@163.com

电话 (Tel) : 0411-86713872

传真 (Fax) : 0411-86713880

邮编 (Post Code) : 116033

第 1 页 共 3 页

Page of

本实验室经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可，证书号：CNAS L1187 CNAS Certificate Of Laboratory Accreditation : CNAS L1187				
本次检测使用的计量标准均可溯源至中国国家计量基准。 Standards Of Measurement Used In The Calibration Can Be Traceable To China National Standards Of Measurement.				
本次校准所使用的主要测量设备： Major Standards Of Measurement Used In The Calibration:				
名称 Standard name	规格型号 Specification and model	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/accuracy/ Maximum Permissible Error	溯源机构及证书号 Traceability Mechanism /Certificate No.	有效期至 Valid until
精密露点仪	DewMaster	标准	辽宁省计量科学研究院 20020536378	2021-10-11
本次校准的技术依据： JJJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范 Reference Documents For The Test:				
校准地点、环境条件： Place And Environmental Conditions For The Test:				
地 点： 本院205 Place				
环境条件： 温度(°C)： 20 °C                      相对湿度： 60 %                      其他： / Temperature                                      Relative humidity                                      Others				
说明 (Explain) : 被校准仪器在使用过程中，如遇有修理或对其技术指标产生怀疑时，建议重新校准。 The instrument should be calibrated renewedly, if the instrument is repaired in using or you have doubt on the technique indicators. 根据客户要求和校准技术依据的建议，通常情况下： <u>12</u> 个月校准一次。 According to customer demand and verify file, the instrument should be calibrated per <u>12</u> months normally.				

注 (Note) :

- 1.本实验室仅对加盖“大连计量检验检测研究院有限公司校准专用章”的完整报告负责。  
The laboratory will only be responsible for the intact certificate with the “Dalian Institute of Measurement and Testing Calibration Precincts Stamp”.
- 2.本校准结果仅对本次所校准的样品有效。  
The report only to be responsible for the instrument calibrated.

## 校准结果

Results of Calibration

在 20 °C时

标称值/ %RH	实测值/ %RH	扩展不确定度 $U/$ %RH( $k=2$ )
40	41	1
60	61	2
80	80	2

温度:

标称值/ °C	实测值/ °C	扩展不确定度 $U/$ °C( $k=2$ )
20	19.9	0.4

以下空白

# DIMAT